



महाराष्ट्र शासन  
GRANT GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE &  
SIR J.J. GROUP OF HOSPITALS, MUMBAI  
(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA)

ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर ज.जी.समुह रुग्णालये, मुंबई-४००००८  
Tel.No.373 55 55, 373 1144 ; Fax No.373 55 99; e-mail - gmcjjh@bom7.vsnl.net.in

दि. १०/१/२०२०

क्र.ग्रंशावेम/खरेदी/जिवायो/२०१९-२०/ /२०२०

प्रति,

३२६

विषय :- जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारीतील विविध विभागांकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या खरेदीबाबत.

संदर्भ :- या कार्यालयाची मान्य टिप्पणी दिनांक ०९/०९/२०२०

उपरोक्त विषयान्वये नमूद केल्यानुसार खालील प्रमाणे ग्रॅन्ट शासकीय महाविद्यालय, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील विविध विभागांकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. सदर दरप्रक्रियेत भाग घेण्यास आपण इच्छुक असल्यास त्याबाबतचे दर या कार्यालयात दिनांक १०/०९/२०२० पुर्वी सादर करावी उशिरा आलेली दरपत्रके स्विकारली जाणार नाहीत.

Sr. No.	Name of Machinery & Equipment	Specification	Qty
1	Vaccum Delivery System	<ul style="list-style-type: none"><li>* Automatic Hands free Vacuum delivery system.</li><li>* Ideal for Second stage prolonged labour with Oxipeto anterior position with outlet presentation.</li><li>* Comes with complete autoclavable (formalin chamber or regular autoclave with 120dc) silicone cups both for assisted vaginal delivery as well as for 'c' section.</li><li>* Imported Dry motor with unbreakable Jar, SS surgical grade Trolley.</li><li>* Heavy footswitch with Guarantee of 6000 pedal operation.</li></ul>	2
2	Micromotor Bone Burr with attachments	<ul style="list-style-type: none"><li>* Micromotors Engine should be compatible for routine Spinal surgery work, for removing bone and laminotomy, endplate osteophyte removal in spine surgery</li><li>* Micromotors is required for routine spine surgery work, for removing bone and laminotomy</li><li>* Brushless Micro motor ensures smooth vibration free with rotation even at maximum speed of 40000 RPM.</li><li>* Hand piece attachment assembly</li><li>* 45-degree Angled Handpiece attachment for MIS surgery,</li><li>* Straight hand piece with attachments</li><li>* 10 Bone Burr Sets ball type 2mm, 3mm, 4mm, 5mm 6 mm pair each</li><li>* High torque at all speeds, Due to high concentration of ball bearing stable grinding clinical work is possible without any vibration and noise.</li><li>* Electronic control to ensure speedy start and attains high speed quickly.</li><li>* Micro - motor can be operated either by hand or foot control.</li><li>* Variable speed control by hand.</li><li>* Reverse &amp; forward rotation by hand switch on/off switch</li><li>* Straight and contra angle hand piece (Autoclavable).</li><li>* The unit shall be capable of being stored continuously in ambient temperature of 0 -50 deg C and relative humidity of 15-90%</li><li>* The unit shall be capable of operating continuously in ambient temperature of 10 - 40 deg C and relative humidity of 15-90%</li><li>* Power input to be 220-240VAC, 50Hz</li><li>* Suitable Autovoltage corrector with spike protector should be available.</li><li>* Comprehensive warranty for 2 years and 5 years AMC after warranty</li><li>* User/Technical/Maintenance manuals to be supplied in English.</li><li>* List of Equipments available for providing calibration and routine maintenance support as per manufacturer documentation in service/technical manual. List of important spare parts and accessories with their part number and costing</li></ul>	2

दरपत्रकेचा अनुक्रमांक व तारीख आणि विषय उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या दरपत्रक अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या कार्यालयात दिनांक १८/०९/२०२० रोजी दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत स्विकारल्या जातील.

अटी व शर्ती :-

- १) प्रत्येक पुरवठाधारकास केवळ एक दरपत्रक सादर करता येईल. सदरील दरपत्रक अधिकृत लेटरहेड वर सादर करावे. त्यासोबत व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, जीएसटी नंबरची किंवा तत्सम प्राधिकरणाची नोंदणी प्रमाणपत्र झेरॉक्स प्रत तसेच पॅनकार्डची प्रत, कंपनीचे प्रधिकृत व वैध प्रमाणपत्र माहितीपत्रक (कॅटलॉग) इ. माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे.
- २) दरपत्रकात आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावाच्या अधिन राहून असावेत. सदरचे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री निव्वळ किंमत व इतर सर्व कर हे स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावे
- ३) संबंधितास यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री पुरवठा केला असल्यास मागील अनुभव असल्यास त्याची प्रत सोबत साक्षांकित करून जोडण्यात यावी.
- ४) कोणतेही १ अथवा सर्व दरपत्रक नाकारण्याचा, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे किंवा दरपत्रक स्वीकृतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर कारण न देता थांबविण्याचा किंवा रद्द करण्याचा तसेच दिलेले कार्यदेश रद्द करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई यांना आहे.
- ५) सविस्तर अटी व शर्ती वाचूनच दरपत्रके भरण्यात यावेत.

*[Handwritten Signature]*

अधिष्ठाता,  
ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई